


	NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA - NTE			Código: NTE-56
	Data Emissão: 16.11.2018	Data da Validade: 16.11.2019	Página: 1 de 2	
ÁREA EMITENTE: ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA DE PROPOSTAS TÉCNICAS PRÉ-ABERTURA				
CLIENTE FINAL: HUST - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA				

Na qualidade de gestores de tecnologia em saúde (ATS) no Hospital Universitário Santa Terezinha, por força de contrato havido entre as partes, tecemos nossos comentários técnicos abaixo, sobre **análise prévia de características técnicas** no Processo Licitatório nº 002/2018 Concorrência nº 001/2018:

1. **PARA ITEM 01 - APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA (01 un):**

Em análise as documentações técnicas fornecidas na abertura do pleito, as postulantes abaixo relacionadas atenderam os critérios mínimos descritos no certame, e puderam seguir para a etapa de pontuação técnica:

fornecedor	CNPJ
Philips Medical Systems Ltda	58.295.213/0021-11
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	02.949.582/0001-82

2. **PARA ITEM 02 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR (03 un):**

Em análise nas documentações técnicas fornecidas na abertura do pleito, as postulantes abaixo relacionadas atenderam os critérios **mínimos** descritos no certame, e puderam seguir para a etapa de pontuação técnica:


fornecedor	CNPJ
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	02.949.582/0001-82
GE Healthcare do Brasil Com. Servs. Equip, Médicos Ltda	00.029.372/0002-21

3. **PARA ITEM 03 - ARCO CIRÚRGICO EM C (02un):** Não houve participantes

4. **PARA ITEM 04 - BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO (03 un):**

Em análise nas documentações técnicas fornecidas na abertura do pleito, as postulantes abaixo relacionadas atenderam os critérios **mínimos** descritos no certame, e puderam seguir para a etapa de pontuação técnica:

fornecedor	CNPJ
Ilhatec Comércio de Equipamentos Médico Hospitalares Ltda	00.612.686/0001-71
Hora H Hospitalar Ltda	01.751.493/0001-64

	NOTA TÉCNICA DE ENGENHARIA - NTE			Código: NTE-56
	Data Emissão: 16.11.2018	Data da Validade: 16.11.2019	Página: 2 de 2	
ÁREA EMITENTE: ENGENHARIA CLÍNICA DA REDE ENGEHOSP				
ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA DE PROPOSTAS TÉCNICAS PRÉ-ABERTURA				
CLIENTE FINAL: HUST - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA				

5. Após a Comissão proceder a abertura dos demais documentos (envelopes nº3), passaremos a fase de diligências, tabulando os valores técnicos junto com os comerciais em planilhas próprias, conforme os critérios de julgamento do capítulo 9.14, até eleição da melhor proposta para a instituição.

É o que podíamos posicionar até o momento, e ficamos a disposição ao que se mostrar necessário.

Joaçaba, 16 de novembro de 2018



Eng. Fernando Meira da Rocha
 Serviço de Engenharia Clínica HRO
 CREA: 054.300D-RS
 Visto SC:0523